东莞市艾格电子科技有限公司
DONGGUAN AICSO ELECTRONIC CO.,LTD.
艾格科技
东莞市虎门镇新联丰泰风华管理区2栋5E
Tel:0769-85845868; 85017553
Fax:0769-85845898
Eail:aicso@139.com
Http://www.aicso.com

日本理音 VT-04F



日本原装粘度计，用来检测工业原料，如重油、沥青、水泥、油漆、涂料、粘合剂等。在产品的生产过程中，用于质量控制。当检测工程车辆及其它机械设备时，可测量液压油、轻机油、齿轮油等的粘度。

该仪器使用旋转汽缸的原理。一个以恒速运转的转子插入被测的液体，液体的粘性，会使转子的运动受到阻力，通过特殊的机械装置测量阻力，直接读数毫帕•秒（mPa. • s）或（dPa • S）。

该仪器体积小，能单手操作，使用干电池供电，可在任何地方使用。

VT-04F 测量范围

3 号转子 0.3 ～ 13dPa.s

1 号转子 3 ～ 150dPa.s

2 号转子 100 ～ 4000dPa.s

测量精度 测量值的土 10 %

重 复 性 土 5 %

转子转速 62.5RPM

电源 4 节 5 号电池

尺寸 98(W)×181(D)×40(H)mm

重 量 570 克

操作说明：

1、取出主机查看背面的电池极性方向装好电五号电池四粒；

2、打开底问电源开关向“ON”试机有转动并检查底部转子连接螺母处有旋转，关掉电源开关装上转子；

3、小心平翻主机使底部面向上，然后装上你选择的转子号数，对准底部转子螺母位反时针方向扭上直到手感已经固定紧不能掉下来；

4、用量杯取出被测的样品，取量以量杯深度达到转子连杆上小刻度一半为好；

5、小心水平拿起主机测试表，让底部的转子垂直放入样品量杯里，到转子上小刻度处；

6、打开电源开关让其转动，选择对应转子号的读数栏读出对应的测试值并记录好；

7、如果在测量中转子连接杆不够长请用包装箱另配的加长杆使用；

8、完成测试后清理好转子上样品物后小心拆下转子放回包装箱里。

9、单位换算关系：1dPa.s=100CP

标准配置

1 号转子 SUS304 1

2 号转子 SUS304 1

3 号转子 SUS304 1

3 号杯 SUS304 1

延长 转子 SUS304 1

电 池 4

说 明 书 1

选购件 支架 VA-04、AC 适配器 VA-05

粘度单位换算关系：

帕·秒(Pa·s)或毫帕·秒(mPa·s)或(dPa·s)

Pa.s=1000cP=1000mPa.s=10P=10dPa.s